Anesthesia

メラ全身麻酔器 MD-751AK

A Closed Circuit-type Anesthesia System

●下限酸素濃度可変ギヤ連動式流量計を採用。
●1本の流量計で低流量から高流量まで対応。
●中型ボンベ(酸素1,500L、亜酸化窒素7.5kg)を2本搭載可能。

●オプション装着例
(麻酔用人工呼吸器ADV-1000MKⅡ、シグマデルタ気化器、酸素濃度計OM-25MEはオプション品です。)

メラ全身麻酔器 MD-751AK

シンプルでトラディショナルな麻酔器 MD-751AKが新しい気化器を装備して
リニューアルしました。



■3連(酸素・亜酸化窒素・空気)流量計

■ペンロン社製シグマデルタ気化器

■中型ボンベ架台(標準装備)

●気化器は実績のあるペンロン社製シグマデルタ気化器を採用しています。

●簡単な操作と各種安全装備により、安心してご使用いただけます。

●中型ボンベ架台が標準装備されており、ベンチレータの有無も選択できる等様々な環境に対応できます。

■主な仕様

流量計	酸素・亜酸化窒素・空気	0.1～10L/min
	低流量対応	1L/min以下拡大目盛採用
安全機能	酸素供給圧警報動作	250kPa以下で酸素笛による警報、さらに低下すると亜酸化窒素停止
	新鮮ガス下限酸素濃度	新鮮ガス1.0L/minの時50%、その他25%以上
定格圧力	酸素・亜酸化窒素・空気	400±100kPa
ボンベ(酸素・亜酸化窒素)	サイズ	中型　2本
O_2フラッシュ		35L/min以上
アブゾーバ	キャニスタ容量	800mL×2
	呼吸回路切換	手動
気化器取付可能数		1基(ペンロン社製　テーパー接合タイプ)
モニターテーブル寸法/最大積載量		555×404mm/30Kg
本体寸法		620(W)×780(D)×1,385(H)mm
重量		90Kg

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254　FAX.03-3812-4613

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意 実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります、あらかじめご了承下さい。
●2013/9月/1000 ●承認番号:21400BZZ00407000 ●不許複製 ●A-25 ●S-1●BA-0037-3
www.mera.co.jp/